

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
364730	Система массива датчиков для детектирования летучих органических соединений ИВД

Раздел

5 Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД)

01 Анализаторы ИВД

Описание

Электрическое устройство для обнаружения запаха, предназначенное для in vitro определения, количественного определения и/или идентификации летучих органических соединений, связанных со специфическими расстройствами или заболеваниями (например, с раком) в клиническом образце с использованием датчиков. Устройство состоит из массива датчиков газа, которые одновременно определяют изменения электрического сопротивления в присутствии специфических летучих соединений. Эта система использует интерпретирующее прикладное программное обеспечение для записи и анализа полученных данных от каждого датчика, а также для определения конкретных показателей обнаруженных летучих органических соединений.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.