

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
365560	Катетер для периферических артерий термодилуционный

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

10 Катетеры кардиологические и сопутствующие изделия

Описание

Короткая тонкая гибкая трубка, предназначенная для кратковременного (сроком не более 30 дней) чрескожного размещения в периферической артерии (за исключением легочной артерии) во время измерения/мониторинга гематологических параметров (например, артериального давления, сердечного выброса/индекса) с использованием техники термодилуции. Изделие должно использоваться как датчик нисходящего потока во время термодилуции, при этом применяется оно вместе с центральным венозным катетером (предназначенным для подачи раствора вверх) и внешним монитором. Включает электронный термистор, могут прилагаться изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения возможности функционирования катетера. Это изделие для одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.