

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
365820	Насос для резекции роговицы

Раздел

**11** Офтальмологические медицинские изделия

**27** Прочие офтальмологические медицинские изделия

### Описание

Специальное офтальмологическое устройство с электрическим приводом, разработанное для использования во время резекции трансплантата роговицы с целью создания контролируемого положительного давления воздуха, который должен воздействовать на жидкость (солевой раствор) внутри магистрали, подключенной к держателю роговичной ткани при резекции, чтобы жидкость, соприкасающаяся с трансплантатом роговицы, симулировала давление передней камеры глаза. Это настольный блок с элементами управления, предназначенный для использования во время подготовки трансплантата к пересадке.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.