

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
366370	Система мониторинга индекса анальгезии- ноцицепции

Раздел

1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия

16 Мониторы/системы мониторингования анестезиологические/респираторные

Описание

Электрическое устройство, предназначенное для непрерывного обнаружения и измерения неинвазивно связанных с болью физиологических параметров [например, частоты сердечных сокращений, электродермальной активности (EDA), температуры кожи] для расчета и отображения значения индекса ноцицепции, обычно для оценки интенсивности боли у пациента, для подбора обезболивающего препарата во время процедур, связанных с анестезией. Устройство состоит из прикроватного монитора с встроенным программным обеспечением и датчиков поверхности кожи [например, фотоплетизмографических, акселерометрических, электродов с гальванической реакцией на коже (GSR)], которые обычно размещаются на пальце пациента.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.