

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

| Код    | Наименование                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366880 | Консоль системы спектроскопии комбинационного рассеяния для верхних отделов желудочно-кишечного тракта |

Раздел

**3** Гастроэнтерологические медицинские изделия**16** Прочие гастроэнтерологические медицинские изделия

### Описание

Компонент с электроприводом рамановской системы спектроскопии комбинационного рассеяния для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, предназначенный для помощи в диагностике потенциально злокачественных поражений во время гастродуоденоскопии в сочетании с зондом (не относится к данному виду). Принцип работы системы основан на комбинационном рассеянии (Рамана) монохроматического света для измерения молекулярных колебаний (например, в молекулах белков, липидов) для выявления тканей, связанных с патологией. Это аппаратный блок, который генерирует оптическую энергию, получает/анализирует спектральные данные ткани и обеспечивает обратную связь. Обычно включает в себя диодный лазер, оптоволоконную систему, спектрограф, микросхему датчика изображения, детектор и компьютер со специальным программным обеспечением.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.