

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
366890	Система спектроскопии комбинационного рассеяния для верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Раздел

3 Гастроэнтерологические медицинские изделия**16** Прочие гастроэнтерологические медицинские изделия

Описание

Комплект изделий с электрическим приводом, предназначенный для введения в верхний отдел желудочно-кишечного тракта (то есть пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) во время гастродуоденоскопии, предназначенный для помощи в диагностике потенциально злокачественных поражений. Принцип работы системы основан на комбинационном рассеянии (Рамана) монохроматического света для измерения молекулярных колебаний (например, в молекулах белков, липидов) для выявления тканей, связанных с патологией. Это оптическая система, применяемая для диагностирования состояния ткани, обычно состоящая из аппаратного блока (например, диодного лазера, оптоволоконной системы, спектрографа, микросхемы датчика изображения, детектора, компьютера), программного обеспечения и неинвазивного зонда, используемого для сканирования ткани.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.