

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
366930	Процессор речевой полностью имплантируемой системы имплантации среднего уха

Раздел

7 Медицинские изделия для отоларингологии

**06** Имплантаты кохлеарные и сопутствующие изделия

### Описание

Работающий от батареи имплантируемый компонент полностью имплантируемой системы имплантации среднего уха, предназначенный для преобразования звука в электрические сигналы и передачи этих сигналов на вибратор (не относящийся к данному виду), который часто связан со слуховой косточкой (костью среднего уха). Включает батарею, микрофон и речевой процессор и, как правило, имплантируется подкожно в область рядом с ухом; батарея, как правило, перезаряжается посредством индукции.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.