

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
368780	Устройство для фототерапии видимым светом для лечения неврологических расстройств, профессиональное

Раздел

9 Нейрологические медицинские изделия

13 Прочие неврологические медицинские изделия

Описание

Устройство с электрическим приводом, как правило, в форме монитора компьютера или потолочной панели, разработанное для испускания определенных длин волн видимого света для лечения симптомов неврологического расстройства (например, делирия, болезни Паркинсона) исключительно под контролем профессионального медицинского работника. Разработано для помощи в улучшении психического состояния пациента, сна, настроения, двигательных функций и/или уменьшения других связанных с заболеванием симптомов; устройство не предназначено для лечения сезонного аффективного расстройства. Пациент сидит перед этим устройством или лежит под ним в течение предписанных интервалов времени каждый день.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.