

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
369790	Блок управления потоком газа подключаемого аппарата искусственной вентиляции легких СРАР, регулируемый

### Раздел

- 1** Анестезиологические и респираторные медицинские изделия
- 07** Вентиляторы респираторные и сопутствующие изделия

### Описание

Переносное неэлектронное устройство, предназначенное для смешивания окружающего воздуха со сжатым кислородом (O<sub>2</sub>) с целью создания потока обогащенного кислородом воздуха пациенту с регулируемой концентрацией вдыхаемого кислорода (FiO<sub>2</sub>) [например, 28-100%] и регулируемой скоростью потока, для постоянного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) с кислородом, во время неинвазивной и инвазивной вентиляции (т.е. подходит к обоим). Также известный как генератор потока СРАР, он включает в себя соединение для подачи кислорода, впускное отверстие для окружающего воздуха и выпускное отверстие для выдоха пациента и средства управления для регулировки как расхода, так и FiO<sub>2</sub>. Давление СРАР определяется клапаном РЕЕР (положительного давления конца выдоха), используемым с этим устройством. Это изделие многоразового использования.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.