

**СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ
ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Код	Наименование
373290	Устройство для сушки эндоскопов

Раздел

2 Вспомогательные и общепольничные медицинские изделия**17** Моющие машиныОписание

Блок устройств с электрическим приводом, предназначенный для сушки внутреннего канала эндоскопа после мытья и для поддержания его сухим во время хранения, чтобы предотвратить рост бактерий и порчу эндоскопа. Изделие состоит из пользовательского интерфейса, блока управления, трубок/разъемов для подсоединения к эндоскопу и может включать в себя либо внутренний воздушный насос, либо соединение для стандартной подачи медицинского воздуха; может иметь конструкцию для использования на столе или в шкафу.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.