

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
373550	Процессор звуковой имплантируемого слухового аппарата костной проводимости

Раздел

13 Реабилитационные и адаптированные для инвалидов медицинские изделия

08 Устройства коммуникации и информации адаптированные

Описание

Внешнее устройство с электропитанием, предназначенное для компенсации нарушений слуха посредством получения звуковых волн из окружающей среды и конвертирования их в электрические сигналы, подаваемые на имплантируемый вибратор в сборе (не относится к данному виду), который передает вибрации на внутреннее ухо через височную кость; оно не создает вибрации. Устройство, как правило, состоит из микрофона и передатчика/приемника, связанного с помощью магнита с вибратором в сборе; может включать в себя устройства для активации, позиционирования и/или защиты.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.