

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
373580	Пластина для передачи вибраций имплантируемого слухового аппарата костной проводимости

Раздел

7 Медицинские изделия для отоларингологии

01 Аппараты слуховые и сопутствующие изделия

Описание

Имплантируемое намагниченное устройство без электропитания, предназначенное для установки на височной кости и соединения с винтом для передачи вибраций имплантируемого слухового аппарата костной проводимости (не относится к данному виду) для: 1) осуществления передачи вибраций от звукового процессора/вибратора имплантируемого слухового аппарата костной проводимости (не относится к данному виду) на внутреннее ухо; и 2) удержания на месте магнитным способом звукового процессора/вибратора (на коже на стороне головы). Устройство выполнено в виде плоского металлического диска. Может включать в себя одноразовые изделия для имплантации.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.