

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
374070	Детектор подтекания амниотической жидкости

Раздел

4 Медицинские изделия для акушерства и гинекологии

23 Прочие медицинские изделия для акушерства и гинекологии

Описание

Изделие, предназначенное для выявления амниотической жидкости (околоплодных вод) в вагинальных выделениях беременных с целью диагностики разрыва околоплодных оболочек (в срок или раньше срока). Обычно включает цветовой индикатор, который после контакта с вагинальным секретом сигнализирует об уровне его pH. Для амниотической жидкости характерно значение pH > 6.5. Изделие представляет собой гигиеническую прокладку с прикрепленной индикаторной полоской или пропитанных нитразином тампонов или бумажных полосок. Изделие может использоваться в домашних условиях или в медицинском учреждении. Это изделие для одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.