

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
376440	Пикфлоуметр, аналоговый, одноразового использования

### Раздел

- 1** Анестезиологические и респираторные медицинские изделия
- 04** Анализаторы дыхательной функции и сопутствующие изделия

### Описание

Переносной инструмент, предназначенный только для измерения максимальной скорости потока выдыхаемого газа [максимальной скорости выдоха или пиковой скорости выдоха (ПСВ)] из легких. Он выполнен в форме цилиндра с загубником для выдыхания воздуха и калиброванной аналоговой шкалой, которая показывает пиковую скорость выдоха. Изделие помогает оценить работу легких в ходе рутинных тестов, выполняемых в условиях медицинского учреждения или за его пределами; он также предназначен для периодической самооценки дыхательного статуса пациента, а также для помощи в оценке лечения пациентов, страдающих хроническими респираторными заболеваниями (например, астмой, эмфиземой). Это изделие для одноразового использования.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.