

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
376530	Анализатор спектрометрический терагерцовый для определения состава выдыхаемого воздуха ИВД

Раздел

**5** Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД)**01** Анализаторы ИВД

### Описание

Лабораторный или используемый вблизи пациента прибор с электрическим приводом, разработанный для применения технологии терагерцовой (ТГц) спектрометрии для качественного и/или количественного определения в условиях in vitro химических и/или биологических маркеров в образце выдыхаемого пациентом воздуха. Как правило, используется для выявления таких аналитов, как летучие органические соединения, которые коррелируют с метаболическими профилями или нарушениями [например, коронавирусной (COVID-19) инфекцией]. Устройство работает при минимальном участии оператора, все этапы процедуры полностью автоматизированы.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.