

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
376790	Баллон с калибровочным газом перезаряжаемый

Раздел

1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия

18 Оборудование для подведения анестезиологических и респираторных газов

Описание

Газ или специальная смесь газов (например, CO₂, O₂, N₂) в специальном, перезаряжаемом, цилиндрическом баллоне, предназначенном для калибровки медицинского прибора (например, аппарата для ингаляционной анестезии, анализатора газов крови, монитора пациента) для проверки того, что он измеряет, отображает и/или предоставляет соответствующий тип, концентрацию и/или количество газа; кроме того, он может использоваться для проверки легочной функции пациента. Баллон наполняется газом при поставке от поставщика газа.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.