

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
377070	Датчик рН для проверки правильности размещения назогастрального зонда

Раздел

**3** Гастроэнтерологические медицинские изделия

**13** Трубки гастроэнтерологические и сопутствующие изделия

### Описание

Гибкое отведение с датчиком на дистальном конце, предназначенное для введения через назогастральный зонд после его установки, чтобы помочь оценить правильность размещения зонда в желудке. Проксимально подключается к блоку индикации (не относится к данному виду) для отображения значения рН среды на кончике датчика. Это изделие для однократного использования.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.