

**СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ  
ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

| <b>Код</b> | <b>Наименование</b>   |
|------------|---|
| 377520     | Аппарат дыхательный с высокой скоростью потока неонатальный |

Раздел

**1** Анестезиологические и респираторные медицинские изделия**07** Вентиляторы респираторные и сопутствующие изделияОписание

Устройство с электропитанием, предназначенное для доставки большого потока (превышающего максимальную скорость вдоха) подогретого и увлажненного окружающего воздуха или смеси воздуха и кислорода неонатальному пациенту в рамках неинвазивной вентиляции (NIV); может дополнительно использоваться с резервуаром для воды для терапии пузырьковым положительным давлением в дыхательных путях (пузырьковый СРАР). Состоит из генератора газового потока, который захватывает окружающий воздух, ввода для кислорода, нагревательного элемента и камеры увлажнения; не включает в себя датчики давления, контролирующие СРАР (т.е. не является полноценным СРАР-аппаратом). Предназначено для использования медицинским работником на самостоятельно дышащем пациенте.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.