

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
377890	Анализатор оксида азота в выдыхаемом воздухе

Раздел

1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия

04 Анализаторы дыхательной функции и сопутствующие изделия

Описание

Устройство с электропитанием, предназначенное для использования в клинических условиях для измерения концентрации оксида азота (NO) в выдыхаемом пациентом воздухе с помощью электрохимического анализа, обычно для оценки воспаления дыхательных путей. Обычно это переносной сенсорный блок с элементами управления и дисплеем; изделие может включать в себя дыхательный загубник.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.