

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
379510	Блок управления эндотрахеальной системы фототерапии ультрафиолетовым излучением

Раздел

- 6** Медицинские изделия для манипуляций/восстановления тканей/органов человека
- Прочие медицинские изделия для манипуляций/восстановления тканей/органов
- 17** человека

### Описание

Не соприкасающийся с пациентом компонент эндотрахеальной системы фототерапии ультрафиолетовым излучением, предназначенный для контроля/регулирования электрического тока и сжатого воздуха (для охлаждения), подаваемых на катетер системы (не относящийся к данному виду), во время фототерапии трахеи ультрафиолетом А с целью уменьшения вирусной нагрузки (например, для лечения тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом 2 типа (SARS-CoV-2)). Как правило, оснащен элементами управления и имеет встроенные датчики температуры воздуха и давления.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.