

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
380240	Устройство позиционирования роботизированное для магнитной нейростимуляции

Раздел

9 Нейрологические медицинские изделия

10 Системы электростимуляции центральной нервной системы

Описание

Устройство с электропитанием, предназначенное для автоматизации и повышения точности и повторяемости позиционирования катушки системы магнитной нейростимуляции [также известной как транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)]. Может управляться/наводиться как встроенной оптической системой слежения, так и отдельно поставляемой системой наведения МРТ.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.