

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
131770	Катетер внутрисосудистый для морфологических исследований

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

19 Системы ангиопластики и сопутствующие изделия

Описание

Тонкая гибкая трубка с надуваемым баллоном на дистальном конце, используемая для проведения измерений внутри сосудов, как правило, для морфологических исследований артерий, расположенных рядом с сосудистым очагом поражения или стентированным участком, с целью клинической оценки. Изделие вводится в желаемый сосуд во время клинической процедуры и подключается к специальному насосу, который заполняет баллон жидкостью (например, солевым раствором, рентгеноконтрастной жидкостью). Показатели давления, регистрируемые насосом, используются для точного расчета таких параметров, как диаметр сосуда, площадь поперечного сечения или эластичность стенки, которые необходимы для оптимального подбора размера стента или баллона для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Это изделие для одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.