

## СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
150550	Экран защитный световой для роговицы

Раздел

**11** Офтальмологические медицинские изделия

**27** Прочие офтальмологические медицинские изделия

### Описание

Стерильное изделие, обычно изготовленное из неабразивного, поглощающего жидкость материала (например, губки), которое помещается на поверхность роговицы с целью защиты сетчатки от избыточного освещения во время офтальмологической процедуры (например, при лазерной терапии). Материал изделия должен быть стойким к обрыву или измельчению волокон. Это изделие одноразового использования.

---

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.