

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
177710	Кабель для анализатора электрокардиостимулятора, многоцветного использования

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия**05** Дефибрилляторы и сопутствующие изделия

Описание

Электрический проводник, используемый для соединения анализатора импульсного генератора с проводами имплантируемого импульсного генератора [т.е. имплантируемого пейсмейкера или автоматического имплантируемого кардиодефибриллятора (АИКД)] с целью тестирования функции генератора во время процедуры имплантации. Обычно соединение изолированных проводов (например, длиной 4 метра), которое оканчивается несколькими питающими проводниками, каждый из которых имеет соединитель (например, зажим «крокодил» с цветовой кодировкой), который подсоединяется к имплантируемому, задающим ритм проводам (например, IS-1 провода) импульсного генератора и к соединителю на проксимальном конце, который соединяется напрямую или через переходник с анализатором импульсного генератора. Это повторно используемое изделие.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.