

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
177770	Кабель для анализатора электрокардиостимулятора, одноразового использования

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия**05** Дефибрилляторы и сопутствующие изделия

Описание

Соединительный кабель (длиной, как правило, 2?4 м) для подключения анализатора работы импульсного генератора к выводам имплантируемого импульсного генератора (кардиостимулятора или автоматического имплантируемого кардиодефибриллятора [АИКД]) с целью тестирования работы генератора в процессе его имплантации. Обычно состоит из нескольких изолированных друг от друга проводов с отдельными выводами и клеммами (например, «крокодилами» с цветовой маркировкой) на дистальном конце, подключаемыми к проводам импульсного генератора (например, IS-1), и разъёмом для прямого или через переходник подключения к анализатору работы импульсного генератора на дистальном конце. Изделие одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.