

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
178200	Катетер кардиохирургический для определения размера дефекта

Раздел

14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

10 Катетеры кардиологические и сопутствующие изделия

Описание

Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце предназначена для применения у пациентов с сердечно-сосудистым дефектом, когда точное измерение дефекта важно, чтобы выбрать окклюзионное устройство соответствующего размера. Она, как правило, рассчитана на прохождение по проводнику, и имеет рентгеноконтрастно маркированные полосы вдоль дистального конца, чтобы помочь в размещении с помощью флуороскопии. Она изготовлена из пластиковых материалов и металла [например, платины (Pt) для полос] и доступна в различных конструкциях и размерах. Устройство одноразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.